

VĚRA PETŘÍKOVÁ, DiS.
VODNÍ 1306/12
680 01 BOSKOVICE

ATEST 3.1- OPIS (pro fakturu č.32020140)

Chemická analýza:

Materiál: nerez drát W.Nr. **1.4441- ušlechtilá ocel pro implantáty**
Norma: DIN ISO 5832-1 12/08
Průměr: 0,70 mm +/-0,01 mm
Tavba: 940440
Balení: cívky DIN 160

Pr.[mm]	%C	%P	%S	%Si	%N	%Mn	%Cr	%Ni	%Mo	%Cu
0,70	0,022	0,019	0,002	0,32	0,083	1,88	17,04	14,34	2,78	0,13

Mechanické vlastnosti:

Pr.[mm]		Rm [N/mm ²]
		900-1100
0,70	naměřeno	Min. Max. 1094 1094

Věra Petříková, DiS.

Boskovice 21.6. 2012

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Firma:

Věra Petříková, DiS.

Vodní 1306/12

Boskovice, 680 01

Prohlašujeme, že výrobek:

Nerezový drát z ušlechtilé oceli pro implantáty z materiálu WNr. 1.4441

odpovídá normě

DIN ISO 5832-1 12/08

Parametry drátu:

pr. 0,5 – 1,2 mm - jakost mat. WNr.1.4441 odpovídá chemickému složení
v příloženém ATESTU 3.1
- měkký, polotvrký, tvrdý
- povrch drátu je finálně elektrolyticky čištěn

Věra Petříková, DiS.

Boskovice 21.6. 2012